Archontrack

Archontrack App – User Guide Android (English)

08-18 MON
PM
03:23
75
136
3697

Content:

1) How to download the Archontrack App to my phone?

2) How to register and log in to my account?

3) How to pair Archon VIBRANTE ECG smartwatch with Archontrack App?

4) Description of Smartwatch setting (from App).

5) Description of sport mode function.

6) Description of the profile page.

7) How to upgrade the firmware?

8) How to read ECG record?

9) How to check Atrial Fibrillation (AFib)?

10) How to read sport mode data?

11) How to read sleep monitoring data?

12) How to read the fatigue index?

Archontrack App – User Guide Android

1) How to download the Archontrack App to my phone?

Download the mobile App to your mobile phone or tablet by scanning the QR code below, and follow the instructions of the App. Or you can download the "Archontrack" App from Google Playstore:

Note: Please note that your mobile phone must be connected to the Internet before downloading.

2) How to register and log in to my account?


Welcome
郵箱地址
密碼

用戶協議和隱私政策

我同意 用戶協議和隱私政策

退出
同意


Welcome
郵箱地址
密碼
忘記密碼？
登錄
沒有賬號
註冊


註冊
郵箱地址
密碼（6至18個字符）
註冊

After the App is downloaded successfully, "User Agreement and Privacy Agreement" will appear, please click "Agree"

Enter the account registration login page, new users please click "register".

Enter your email address and password to register


Note

1.通知存取權限——以便手環/手錶使用智慧消息推送

通知訪問權限

開啟通知管理，以便設備接受手機通知欄消息。是否開啟？

取消
確定
距離（英里）
5.1
GO
0.0

「Archontrack」需存取您的位置權限。允許？

☐ 拒絕權限後不再詢問

拒絕
允許


Note

1.通知存取權限——以便手環/手錶使用智慧消息推送

通知訪問權限

開啟通知管理，以便設備接受手機通知欄消息。是否開啟？

取消
確定
距離（英里）
5.1
GO
0.0
無數據
運動
設備
個人資料


通知存取權

華為主頁 ○
運動健康 ○
Android 系統 ●
Archon ●
Archontrack ●
Fitbit 通知服務 ○
Megafit ○
Sweat On ●
Wear OS by Google ●
Zeroner Health Pro ●


Note

1.通知存取權限——以便手環/手錶使用智慧消息推送
2.位置許可權——以便蒐索連接藍牙設備
3.通訊錄和電話許可權——以便手環/手錶智慧來電推送和掛斷電話

OK
5.1
GO
0.0
無數據
運動
設備
個人資料

After successful registration, the access location permission will appear, please select “Allow”.

After that, a notification of access permissions will appear, please select “OK”.

After that, you will jump to the permission setting page, please open Archontrack to notify access.

Then the "Note" page appears, please click "OK".


下拉
同步數據
跑步
距離（英里）

1/4

「Archontrack」需存取儲存空間權限。允許？

☐ 拒絕權限後不再詢問

拒絕 允許


下拉
同步數據
跑步
距離（英里）

3/4

「Archontrack」需存取SMS權限。允許？

包括存取短訊/多媒體訊息及接收短訊。

☐ 拒絕權限後不再詢問

拒絕 允許


下拉
同步數據
跑步
距離（英里）

2/4

「Archontrack」需存取聯絡人權限。允許？

包括存取聯絡人等權限。

☐ 拒絕權限後不再詢問

拒絕 允許


下拉
同步數據
跑步
距離（英里）

4/4

「Archontrack」需存取手機權限。允許？

包括存取通話記錄、存取手機編號、撥打電話等權限。

☐ 拒絕權限後不再詢問

拒絕 允許

Then there will be 4 dialog windows, which are storage space access permission, SMS access permission, contact access permission and mobile phone access permission, please click "Allow"


下拉
同步數據
跑步
距離（英里）
5.1
GO
運動
設備
個人資料

After that, the operation guide page appears, please pull down to synchronize data.


單擊數據模塊
查看詳情數據

0
10000步
0
12小時
0
539千卡
跑步
距離（英里）
5.1
GO
無數據
運動
設備
個人資料

Click the data block to view detailed data.


點擊此處查看不同日期的詳情數據

點擊此處查看
歷史統計數據

7日 四月
站立時間
No Data
步數
0
卡路里
0 千卡
站立時間
0 小時
詳情
T
D

Click on the date to view historical statistics.


今日
步數
卡路里
站立時間
No Data
步數
0
卡路里
0 千卡
站立時間
0 小時
詳情
T
D

Historical statistics activity page.


歷史
步數
卡路里
站立時間
12/23 12/24 12/25 12/26 12/27
步數 0
運動時長 0 小時 00 分鐘
距離 0.0 英里
卡路里 0 千卡
站立時間 0 小時
T
D
數據
0 12小時
0 10000步
0 539千卡
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
健康
無數據
運動
設備
個人資料

Click "D" to view statistics on daily steps, calories and standing time. Click "<" to return to the main page.

3) How to pair Archon VIBRANTE ECG smartwatch with Archontrack App?

Note: a.) Please turn on the Bluetooth function of the mobile phone first.


設定
搜尋設定...
Dicky Leung
華為帳戶、付款和賬單、Cloud 等
無線裝置與網絡設定
WLAN、雙 SIM 卡管理、流動網絡
裝置連接
藍牙、列印
應用程式和通知
權限管理、預設應用程式
電池
省電模式、耗電程度
顯示
護眼模式、主屏幕風格、桌布
音效
勿擾模式、鈴聲、震動
儲存裝置
記憶體、儲存空間清理程式
安全性和私隱
指紋 ID、屏幕鎖定及密碼、學生模式
用戶和帳戶
多用戶、Cloud、帳戶

Phone → Settings → Device connection


裝置連接
藍牙 開啟
多重螢幕
USB
已中斷連線
打印
Chromebook
管理 Google 服務

Click "Bluetooth" → turn on


藍牙
開啟藍牙
目前可被附近藍牙裝置偵測
裝置名稱 Honor 6X
已接收檔案
已配對裝置
UM24C
D15
Fotopro QP-906R
LG Urbane 9336
可用裝置
40:29:FE:D7:1E:E2
61:06:4D:99:1D:99
48:F0:63:63:A1:6D
48:C3:ED:F8:81:9E
停止
說明

"Bluetooth" → Turn on

Note: b.) Turn on mobile phone location function


90 B/s 下午4:53
安全性和私隱
安全性更新
2019年1月1日
SOS 緊急求助
指紋
屏幕鎖定及密碼
學生模式
TrustSpace 開啟
尋找我的手機
應用程式鎖定
檔案保險櫃
定位服務
更多安全性設定
SIM 卡鎖、未知來源應用程式下載

Phone → Settings → Security and Privacy → Location Services


196 B/s 下午4:54
定位服務
存取我的位置資訊
允許已選擇的應用程式存取您的位置資訊，經觸以檢視關於定位服務和私隱聲明
定位模式
使用 GPS、WLAN 和流動網絡
高準確性
使用 WLAN 和流動網絡
省電
僅使用 GPS
僅限裝置
目前的位置請求
Google Play 服務
低電池用量
天氣數據服務
低電池用量

Tap to access my location information


0 K/s 下午4:54
定位服務
存取我的位置資訊
允許已選擇的應用程式存取您的位置資訊，經觸以檢視關於定位服務和私隱聲明
定位模式
使用 GPS、WLAN 和流動網絡
高準確性
使用 WLAN 和流動網絡
省電
僅使用 GPS
僅限裝置
目前的位置請求
Google Play 服務
低電池用量
天氣數據服務
低電池用量

Click "Open" to access my location information

3.1) Smartwatch pairing steps


數據
0 12小時
0 10000步
0 539千卡
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
健康
無數據
運動
設備
個人資料

Click "Device" on the main page.


201 B/s 上午10:35
設備
手錶
+
運動
設備
個人資料

Click "+" to add a device.


2.3 K/s 上午9:48
設備
AI01A-14779 連接 >
AI01A-48982 連接 >
重新搜索

Click "Connect" to bind the device.



Device pairing is in progress, after successful pairing, it will jump back to the device page.


手錶
闹鐘/日程
久坐提醒
智能提醒
智拍
運動
設備
個人資料

AI01A-14779

已連接 49%

自動心率 開啟

心率指導 關閉

24小時房顫 關閉

該功能開啟後，會影響續航時間

振動提醒

The device page will display the device number, power and connection status.

4) Description of Smartwatch setting (from App).



AI01A-14779
已連接 49%

閙鐘/日程

久坐提醒

智能提醒

智拍

自動心率 開啟

心率指導 關閉

24小時房顫 關閉

該功能開啟後，會影響續航時間

振動提醒

語言切換 英語

時間格式 24小時

日期格式 月/日

翻腕亮屏 00:00-24:00

請勿打擾 關閉

佩戴方式 左

自動識別運動 關閉

度量單位 公制

固件升級 1.0.20.8

解除綁定

Smartwatch ID

Battery level

Smartwatch connection status

Alarm and schedule setting

Sedentary setting

Reminder setting

Remote control (Selfie) function

Automatic Heart Rate measurement setting

Heart Rate limit reminder settings

24-hour AFib measurement setting

Vibration reminder setting

Multi-language setting

Time format change (12/24) display

Date format setting

Wrist turning setting

Do not disturb setting

Left/right hand wearing setting

Automatic recognition of sport setting

Measurement unit of smartwatch setting (metric / imperial)

Firmware upgrade

Smartwatch unpair

5) Description of sport mode function.


數據
Current step
3861
38%
Target step
10000步
Current standing time
6
50%
Target standing time
12小時
Current calories consumption
128
23%
Target calories consumption
539千卡
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
距離（
0.(
Last sport mode record
健康
Sleep monitoring record
無數據
85 bpm
14:00
00:00
06:00
12:00
18:00
23:59
Heart rate measurement record
房顫
正常
10:34
AFib measurement record
Fatigue index record
疲勞指數
2019-12-05
32
暫無數據
Last ECG measurement record
運動
設備
個人資料

6) Description of the profile page.


95.1 K/s
上午10:24
個人資料
D
Dicky Leung
編輯個人資料
目標設定
第三方接入
設置
運動
設備
個人資料

User name

Click to edit profile

Set personal steps and calorie consumption goals

Connect with Google Fit App settings

Click to enter other settings


90 B/s
下午2:26
設置
後台設置
更改密碼
度量單位
英制
上傳BLE日誌
關於
只適用於升級失敗的手環
DFU助手
退出登錄

Background operation setup

Change login password

Measurement unit of App setting (metric / imperial)

Upload BLE logs for issue analysis

Check App version number

Use DFU assistant to upgrade when firmware upgrade FAIL

Account logout

7) How to upgrade the firmware?


手錶
24小時房顫 開啟
該功能開啟後，會影響續航時間

振動提醒

語言切換 英語

時間格式 12小時

日期格式 日/月

翻腕亮屏 00:00-24:00

請勿打擾 00:00-24:00

佩戴方式 右

自動識別運動 開啟

度量單位 公制

固件升級 1.0.20.7

解除綁定
運動
設備
個人資料

Click Firmware Upgrade on the device page


固件升級
上傳用戶信息...
- 10% -

預計升級需要5至30分鐘，請耐心等待

注意：

1.升級時請確保設備靠近手機
2.完成升級前請不要退出升級頁面。升級失敗可能導致手環不可用
3.請確保電池電量不低於50%。

After clicking, it will display whether there is a new firmware upgrade, and it will run automatically after clicking upgrade.


固件升級

成功

請確認手環升級後是否可以正常使用

YES
重試
設備沒有重啟

Click "Yes" after successful upgrade

8) How to read ECG record?



Please follow the instructions on the product manual for ECG measurement


數據
2374
10000步
4
12小時
77
539千卡
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
距離
0.0
健康
無數據
77 bpm
11:10
00:00
06:00
12:00
18:00
23:59
房顫
正常
11:17
疲勞指數
2019-12-05
32
你現在可以查看心電圖了
運動
設備
個人資料

After completion, open the Archontrack App to automatically download the measurement data, and then click to read ECG record.


ECG
指南
今天
AI
17:28

增益 10mm/mv

移速 25mm/s

17:28 avg 69 bpm

您可以在這裡添加注釋

Enter the ECG page to view the ECG record, click "AI" to perform AI analysis.



當月剩餘14次

每月提供15次免費ECG AI分析,是否繼續查看分析結果？



如無不適症狀，請自行觀察。如果有心悸，胸悶，大汗，建議監測血壓。發現胸痛，憋喘，頭暈等請到醫院檢查

測試方法可能影響AI分析結果

請參照指引進行測試

注：以上診斷由人工智慧診斷算滷Cardiolearm給出，僅供參考，請以醫院診斷結論為准。

You can enjoy 15 free AI analysis per month, click to continue to agree to the analysis.

Display AI analysis results.

9) How to measure and read Atrial Fibrillation (AFib) record?


手錶
AI01A-14779
已連接 49%
鬧鐘/日程
久坐提醒
智能提醒
智拍
自動心率 開啟
心率指導 關閉
24小時房顫 關閉
該功能開啟後，會影響續航時間
振動提醒
語言切換 英語
時間格式 24小時
日期格式 月/日
翻腕亮屏 00:00-24:00
請勿打擾 關閉
佩戴方式 左
自動識別運動 關閉
度量單位 公制
固件升級 1.0.20.8
解除綁定
運動
設備
個人資料


數據
2374
10000步
4
12小時
77
539千卡
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
健康
無數據
77 bpm
11:10
00:00
06:00
12:00
18:00
23:59
房顫
正常
11:17
疲勞指數
2019-12-05
32
你現在可以查看心電圖了
運動
設備
個人資料


房顫
散點圖
今天
檢查結果:正常
2,000
1,500
1,000
500
0
0
500
1,000
1,500
2,000

注：非醫療診斷，供參考，請以醫院確診結論為准


房顫說明
2000
1000
0
0
1000
2000
正常竇性心搏
室上性早搏
心房顫動
心房撲動
室性早搏
陣發室早二聯律
持續室早二聯律
室上性早搏伴差傳
房顫伴室早
II°竇房與II°度II型房室阻滞
房顫合併房撲
室上早搏伴室早

Open 24-hour AFib measurement on the device page

Click on AFib on the exercise page to view the measurement results

AFib measurement distribution chart, click on the scatter plot to view AFib description.

Types of AFib (reference)

10) How to read sport mode data?

Please turn on sport mode option on the smartwatch before exercising.

a.) Smartwatch has 15 built-in exercise types, and you can choose to train for your needs.

b.) Pause/continue exercise: During exercise, short press the power button to pause the exercise, tap the screen to choose to continue or end.

c.) You can swipe the screen to the right at any time to end the exercise.

After completing the exercise, open the Archontrack App, and the data will be automatically uploaded from the smartwatch to the Archontrack App.


Refresh 健康 progress: 32%(5/15 days)

沒有通知管理權限

跑步

距離（英里）5.1


跑步

5.1 英里

總時長 02:26:42

總次數 17

11-28 07:37
0.55 英里 00:16:12

11-25 15:22
0.36 英里 00:03:22

11-25 13:50
0.08 英里 00:02:23

11-25 13:17
0.01 英里 00:00:23

After the uploading of the data is completed, the most recent exercise data will be displayed on the exercise page, click to enter the history.

Go to the history page to view the activity record.

11) How to read sleep monitoring data?

The watch enters the sleep monitoring state from 8:00pm to 9:00am (next day). After the smartwatch and the App are synchronized, the sleep monitoring data can be viewed in the App.

Open the Archontrack App after getting up in the morning, and the data will be automatically uploaded to the Archontrack App from the watch.


csl. CMHK 146 B/s 55 2:40
數據
運動
跑步
距離（英里）
5.1
GO
健康
6 h 23 min
00:09 01:00
03:00
05:00
06:32
67 bpm
14:30
00:00
06:00
12:00
18:00
23:59
運動
設備
個人資料


csl. CMHK 49 K/s 55 2:40
睡眠
71 Scored
今日
00:09
01:00
03:00
05:00
06:32
12% 深睡時長
72% 淺睡時長
0% 清醒時長
16% 快速眼動
T
D

睡眠總時長 範圍:6-10h›
6 h 23 min 正常

深睡時長 12% 範圍:10-40%›
0 h 46 min 正常

淺睡時長 72% 範圍:45-80%›
4 h 34 min 正常

快速眼動 16% 範圍:15-25%›
1 h 3 min 正常

After the uploading of the data is completed, the most recent sleep data will be displayed on the exercise page, click to enter the detailed record.

Enter the detailed record, the current sleep quality will be displayed, including deep sleep, light sleep and total sleep time.

12) How to read the fatigue index?

Put the watch on your wrist correctly and click to enter the energy index to start measuring. After the measurement is completed, you can check the energy index on the watch. The higher the score, the better the user status.


數據
健康
00:09 01:00
03:00
05:00
06:32
00:00
06:00
12:00
18:00
23:59
運動
設備
個人資料

6 h 23 min

72 bpm 14:50

房顫
正常 14:49

疲勞指數
2019-12-05 32

你現在可以查看心電圖了


疲勞指數
32-32
11/28
11/29
12/5
1/7

詳細數據

14:26 32

Tips

疲勞度指數由心率變異性計算得出，分數越高，疲勞越低。

After the uploading of the data is completed, the sports page will display the latest fatigue index data, click to enter the history.

After entering the historical record, you can view the historical record trend.

Remark:

The measurement results are for reference only and are not used as a basis for clinical diagnosis.